

Urząd Transportu Kolejowego
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4
Warszawa 03.10.2012r

Informacja o złożonym zapytaniu
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu
na sprzedaż i dostawę specjalistycznych narzędzi pomiarowych oraz narzędzi
oraz udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego

Znak postępowania: BAF-233/5/2012

W dniu 02.10.2012r Zamawiający w/w. postępowaniu otrzymał następujące pytanie od Wykonawcy:

„Uprzejmie proszę o wytłumaczenie pkt "g" z OPZ Mierniki SIWZ , dotyczącego przetargu na Dostawę specjalistycznych narzędzi pomiarowych oraz narzędzi nr postępowania BAF-233/5/2012.

Treść pkt g jest następująca: *w pozycjach od 1 do 16 (tj. narzędzia pomiarowe): musi być zalegalizowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie. Wykonawca zapewnić musi też po swojej stronie legalizację w okresie objętym gwarancją. Wszelkie koszty legalizacji w w/w. okresach ponosi Wykonawca.*

Czy należy rozumieć, że każde urządzenie pomiarowe musi być objęte legalizacją? Jeżeli nie to czy może Pan wymienić, które urządzenia muszą posiadać legalizację? Czy może jednak chodzi o kalibrację urządzeń ?”


Na powyższe, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

„Wymóg spełnienia warunku ogólnego nr g) w Opisie Przedmiotu Zamówienia należy rozumieć tak, iż każdy z elementów w pozycjach od 1 do 16 – winien być zalegalizowany przez Wykonawcę zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi w tym zakresie, tzn. że w poz. nr 1 tj. cyfrowy miernik poziomego hałasu – musi podlegać zatwierdzeniu typu, natomiast w poz. od 2 do 16 (tj. pozostałe narzędzia pomiarowe) podlegają wzorcowaniu – na podstawie ustawy z dnia 11 maja 2001 roku - Prawo o Miarach (tekst jednolity Dz. U. 2001 r. Nr 63 poz. 636) oraz rozporządzeń wykonawczych, w tym m.in. rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie przyrządów pomiarowych podgających prawnej kontroli metrologicznej oraz zakresu tej kontroli.”

Powyższe informacje nie zmieniają treści SIWZ i są jedynie wykładnią jej zapisów – gdyż opis obowiązków Wykonawcy w zakresie legalizacji dostarczanych narzędzi pomiarowych jest jasno określony w SIWZ, natomiast Zamawiający przytacza w niniejszej odpowiedzi sens przepisów prawnych w tym zakresie, których treść powinna być wiadoma dla Wykonawcy, bez zadawania pytań w tym względzie.

Termin złożenia i otwarcia ofert w takim wypadku - nie ulega zmianie.

Z poważaniem,

DYREKTOR GENERALNY
Urzędu Transportu Kolejowego

Marek Słowikowski