

Urząd Transportu Kolejowego
00-928 Warszawa, ul. Chałubińskiego 4
Warszawa 22.10.2012r

Informacja o złożonym zapytaniu
dotyczącym zapisów SIWZ w postępowaniu
na sprzedaż i dostawę specjalistycznych narzędzi pomiarowych oraz narzędzi cz. 2
oraz udzielonej odpowiedzi przez Zamawiającego

Znak postępowania: BAF-234/5/2012

W dniu 19.10.2012r Zamawiający w/w. postępowaniu otrzymał następujące pytanie od Wykonawcy:

„Proszę o wyjaśnienie zapisów dotyczących opisu przedmiotu zamówienia, umieszczonych w postępowaniu nr BAF-234/5/2012 - sprzedaż i dostawa specjalistycznych narzędzi pomiarowych oraz narzędzi cz. 2. Punkt 5.C.ii dokładność pomiarów – nie gorsza niż $\pm 5\%$ nie precyzuje wymagań parametrów metrologicznych luksomierza, które są dowolnie określane przez producentów. Pytanie: Jakie są dopuszczalne maksymalne wartości parametrów określonych przez Międzynarodową Komisję Oświetleniową (CIE): 1. podstawowych, decydujących czy miernik jest w ogóle luksomierzem – f1' dopasowanie widmowe, f2 ocena kierunkowa. 2. Innych wybranych, równie istotnych: u odpowiedź UV, r odpowiedź IR, f3 liniowość, f11 błąd zakresu, sigma współczynnik temperaturowy. Bądź też, jaka jest wymagana klasa luksomierza wg CIE?”

Na powyższe, Zamawiający udziela następującej odpowiedzi:

„Dokładność pomiarów nie gorsza niż $\pm 5\%$ oznacza według Zamawiającego klasę luksomierza B według klasyfikacji CIE”.

Powyższe informacje nie zmieniają treści SIWZ stąd termin złożenia i otwarcia ofert w takim wypadku - nie ulega zmianie.

DYREKTOR GENERALNY
Z poważaniem

